




SmartLog Pro 静电门禁系统由 SLP-SE 测试仪和 SLP 管理系统构成。SLP 管理系统是基于浏览器的客户端，测试仪实时把数据上传至服务器，用户可通过服务器电脑自身或其他终端设备的浏览器进入客户端。在客户端中可以控制测试仪、创建员工、查看和输出报告。



订购货号

SLP-SE 测试仪：50170

SLP 管理系统：50172

品牌：EMIT (DESCO 子品牌)

产地：美国

## SLP 管理系统优点:

- ◇ 部署灵活，测试仪、服务器、终端设备在同一本地网络即可
- ◇ 基于浏览器的客户端不受位置和终端设备限制，管理人员可通过任意终端的浏览器在任何地点和时间进入系统查看实时状况
- ◇ 不受数量限制的多用户，可以设置各用户的权限
- ◇ 便捷的数据分享，任何相关人员可以通过个人终端查看实时状况和处理数据
- ◇ 安全的数据保存，测试仪本身具有大内存，出现网络或服务器故障，数据保存在测试仪中，故障排除后，自动把数据上传至服务器
- ◇ 多语言操作系统，简洁明了的管理界面

The screenshot displays the SmartLog Pro Manager web interface. It features a sidebar with navigation options: 管理 (Management), 报告 (Reports), 警报 (Alerts), 工具 (Tools), and 语言 (Language). The main content area is divided into several sections:

- 当前ESD测试 (Current ESD Test):** A table showing test results for employees 王思乐 (Wang Sile) and 陈功 (Chen Gong) on 2021/11/07. Results include '不合格' (Fail), '通过' (Pass), and '无测试' (No Test).
- 不合格的ESD测试 (Failed ESD Test):** A table showing failed tests for the same employees, all marked as '不合格' (Fail).
- 员工静电测试状态 (Employee Static Test Status):** A search bar with 'find operator' and a table showing test results for 王思乐 and 陈功, all marked as '无测试' (No Test).
- SmartLogs上限不合格率 (SmartLogs Upper Limit Non-compliance Rate):** A table showing compliance rates for '门禁测试仪A' (Access Control Tester A) across different test types.
- 上限不合格员工比例 (Upper Limit Non-compliance Employee Ratio):** A section for displaying the ratio of non-compliant employees.

## SLP-SE 测试仪优点:

- ◇ 触控屏操作，显示测试结果和具体读数
- ◇ 同时测试环境温度和湿度
- ◇ 可测试单线和双线手腕带（双线手腕带独立测试 2 条线路）
- ◇ 左右脚独立测试
- ◇ 固态式测试键，不会物理损坏
- ◇ 三种人机交互方式，触控屏输入、感应卡识别、条码卡识别
- ◇ 继电器干接点控制门禁
- ◇ 内置 HID 感应读卡器和一维码扫描器，外观整洁
- ◇ 标准网线插孔接入本地网络

标配: 50170 测试仪+脚踏板+配件



选配: 19272 重型支架

选配: 50755 感应握柄

